



















En esta tabla se relaciona el tamaño de torre de lavado de gases mínimo necesario según el volumen de la cámara de esterilización.

	<b>2</b> Palets	↔		<b>Modelo</b>	SU-SC-85
				<b>Ph</b>	2-3
				<b>Eficacia</b>	99,99%
				<b>Volumen</b>	85 litros
	<b>10</b> palets	↔		<b>Modelo</b>	SU-SC-3800
				<b>Ph</b>	2-3
				<b>Eficacia</b>	99,99%
				<b>Volumen</b>	3800 litros
	<b>10</b> palets	↔		<b>Modelo</b>	SU-SC-3700
				<b>Ph</b>	2-3
				<b>Eficacia</b>	99,99%
				<b>Volumen</b>	3700 litros
	<b>12</b> palets	↔		<b>Modelo</b>	SU-SC-4400
				<b>Ph</b>	2-3
				<b>Eficacia</b>	99,99%
				<b>Volumen</b>	4400 litros
	<b>16</b> palets	↔		<b>Modelo</b>	SU-SC-5800
				<b>Ph</b>	2-3
				<b>Eficacia</b>	99,99%
				<b>Volumen</b>	5800 litros
	<b>20</b> palets	↔		<b>Modelo</b>	SU-SC-7200
				<b>Ph</b>	2-3
				<b>Eficacia</b>	99,99%
				<b>Volumen</b>	7200 litros
	<b>24</b> palets	↔		<b>Modelo</b>	SU-SC-8600
				<b>Ph</b>	2-3
				<b>Eficacia</b>	99,99%
				<b>Volumen</b>	8600 litros
	<b>30</b> palets	↔		<b>Modelo</b>	SU-SC-13000
				<b>Ph</b>	2-3
				<b>Eficacia</b>	99,99%
				<b>Volumen</b>	13.000 litros
	<b>36</b> palets	↔		<b>Modelo</b>	SU-SC-13000
				<b>Ph</b>	2-3
				<b>Eficacia</b>	99,99%
				<b>Volumen</b>	13.000 litros